

<b>QMH4_23TD90</b>		 <b>UNIGLOVES®</b>	
<b>JUR-EU-MDR-DOC</b> <b>CE-Konformitätserklärung gemäß</b> <b>Verordnung (EU)2017/745</b>			
QM – Handbuch nach DIN EN ISO 13485:2021		Seite 1 von 4	
Erstellt: Hr. Dreßler	Freigabe (inhaltlich/formal): Hr. Dreßler / Fr. Heuser	Freigabedatum: 12.07.2023	Revision: 2
<b>Produktfamilie Untersuchungshandschuhe</b>			

Medizinprodukt	<b>multi-com Untersuchungshandschuhe</b>
Katalognummer	Siehe Anhang
Basis UDI-DI gemäß Anhang VI Teil C	426050314370R3
Zweckbestimmung	Die nicht sterilen Einmal-Untersuchungshandschuhe dienen zum Schutz für Patienten, Anwender oder Dritte gegen Krankheiten und bieten einen zeitlichen Schutz gegenüber Bakterien, Pilzen, Viren und bestimmten Chemikalien. Die Untersuchungshandschuhe können im Labor-, Medizin- und Industriebereich sowie im häuslichen Bereich von Laien sowie von Anwendern des Gesundheitswesens eingesetzt werden.
Risikoklasse gemäß Anhang VIII	I

Hersteller	<b>Unigloves Arzt- &amp; Klinikbedarf Handelsgesellschaft mbH</b> Camp-Spich-Str. 71 53842 Troisdorf-Spich Deutschland
Single Registration Number gemäß Artikel 31	DE-MF-000013340

Hiermit erklären wir in eigener Verantwortung die Konformität des oben genannten Medizinproduktes gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 05. April 2017 über Medizinprodukte.

Unigloves Arzt- & Klinikbedarf Handelsgesellschaft mbH versichert hiermit, dass von dieser Erklärung erfasste Medizinprodukt der vorliegenden Verordnung sowie gegebenenfalls weiteren einschlägigen Rechtsvorschriften der Union, in denen die Ausstellung einer EU-Konformitätserklärung vorgesehen ist, entsprechen.

Die Konformität für das oben genannte Medizinprodukt erfolgt gemäß der anwendbaren Spezifikationen:

EN 455-1:2020	
EN 455-2:2015	
EN 455-3:2015	
EN 455-4:2009	
Gemeinsame Spezifikation	Keine
Gewähltes Konformitätsbewertungsverfahren	Technische Dokumentation gemäß Anhang II + III der Verordnung (EU) 2017/745


<b>QMH4_23TD90</b>		 <b>UNIGLOVES®</b>	
<b>JUR-EU-MDR-DOC</b> <b>CE-Konformitätserklärung gemäß</b> <b>Verordnung (EU)2017/745</b>			
QM – Handbuch nach DIN EN ISO 13485:2021		Seite 2 von 4	
Erstellt: Hr. Dreßler	Freigabe (inhaltlich/formal): Hr. Dreßler / Fr. Heuser	Freigabedatum: 12.07.2023	Revision: 2
<b>Produktfamilie Untersuchungshandschuhe</b>			

Des Weiteren erklären wir hiermit, dass die im Anhang bezeichneten Produkte als persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie III mit den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/425 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 09. März 2016 übereinstimmt und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der ausgestellten EG-Baumusterprüfung mit der Zertifikatsnummer CE-PI-20230418-01-01-9A war.

Die PSA unterliegt dem Konformitätsbewertungsverfahren Modul C2 unter Überwachung der Benannten Stelle 2834.

Angewandte harmonisierte Normen, nationale Normen oder andere normative Dokumente	EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 / Typ C – Prüfchemikalie 40% Natriumhydroxid, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016
Benannte Stelle	<b>Notified Body 2834</b> CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin15 D15 AKK1 Ireland
Bescheinigungen	CE-Zertifikat CE-PI-20230418-01-01-9A gültig bis 27.04.2028
Gültigkeit dieser CE-Konformitätserklärung	02.06.2025

Troisdorf, 11.10.2023



Dr. Sandra Heuser  
*Verantwortliche Person*  
*für die Einhaltung von Regulierungsvorschriften*

<b>QMH4_23TD90</b>		 <b>UNIGLOVES®</b>	
<b>JUR-EU-MDR-DOC</b> <b>CE-Konformitätserklärung gemäß</b> <b>Verordnung (EU)2017/745</b>			
QM – Handbuch nach DIN EN ISO 13485:2021		Seite 3 von 4	
Erstellt: Hr. Dreßler	Freigabe (inhaltlich/formal): Hr. Dreßler / Fr. Heuser	Freigabedatum: 12.07.2023	Revision: 2
<b>Produktfamilie Untersuchungshandschuhe</b>			

### Anhang zur Konformitätserklärung

<b>Artikelnummer Karton</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Größe</b>
42001	Favorit Soft Touch Nitrilhandschuh	XS
42002	Favorit Soft Touch Nitrilhandschuh	S
42003	Favorit Soft Touch Nitrilhandschuh	M
42004	Favorit Soft Touch Nitrilhandschuh	L
42005	Favorit Soft Touch Nitrilhandschuh	XL
<b>Artikelnummer Box</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Größe</b>
42101	Favorit Soft Touch Nitrilhandschuh	XS
42102	Favorit Soft Touch Nitrilhandschuh	S
42103	Favorit Soft Touch Nitrilhandschuh	M
42104	Favorit Soft Touch Nitrilhandschuh	L
42105	Favorit Soft Touch Nitrilhandschuh	XL
<b>Artikelnummer Karton</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Größe</b>
43001	Favorit Soft Touch Blue Nitrilhandschuh	XS
43002	Favorit Soft Touch Blue Nitrilhandschuh	S
43003	Favorit Soft Touch Blue Nitrilhandschuh	M
43004	Favorit Soft Touch Blue Nitrilhandschuh	L
43005	Favorit Soft Touch Blue Nitrilhandschuh	XL
<b>Artikelnummer Box</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Größe</b>
43101	Favorit Soft Touch Blue Nitrilhandschuh	XS
43102	Favorit Soft Touch Blue Nitrilhandschuh	S
43103	Favorit Soft Touch Blue Nitrilhandschuh	M
43104	Favorit Soft Touch Blue Nitrilhandschuh	L
43105	Favorit Soft Touch Blue Nitrilhandschuh	XL
<b>Artikelnummer Karton</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Größe</b>
44001	Favorit Expert White Nitrilhandschuh	XS
44002	Favorit Expert White Nitrilhandschuh	S
44003	Favorit Expert White Nitrilhandschuh	M
44004	Favorit Expert White Nitrilhandschuh	L
44005	Favorit Expert White Nitrilhandschuh	XL

<b>QMH4_23TD90</b>		 <b>UNIGLOVES®</b>	
<b>JUR-EU-MDR-DOC</b> <b>CE-Konformitätserklärung gemäß</b> <b>Verordnung (EU)2017/745</b>			
QM – Handbuch nach DIN EN ISO 13485:2021		Seite 4 von 4	
Erstellt: Hr. Dreßler	Freigabe (inhaltlich/formal): Hr. Dreßler / Fr. Heuser	Freigabedatum: 12.07.2023	Revision: 2
<b>Produktfamilie Untersuchungshandschuhe</b>			

<b>Artikelnummer Box</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Größe</b>
44101	Favorit Expert White Nitrilhandschuh	XS
44102	Favorit Expert White Nitrilhandschuh	S
44103	Favorit Expert White Nitrilhandschuh	M
44104	Favorit Expert White Nitrilhandschuh	L
44105	Favorit Expert White Nitrilhandschuh	XL